



CPL CAER <cpl@caer.com.br>



Esclarecimento

2 mensagens

Shopping da Saúde <shoppingdasaude1@gmail.com>
Para: cpl@caer.com.br

31 de agosto de 2021 10:38

Bom dia!

Sra. Pregoeira

Solicitamos informação precisa do item 10, conforme especificação técnica. O mesmo possui 2 cubetas e 1 maleta, no item solicita 100 cubetas e 50 maletas em cada unidade. Para tanto ao consultarmos a marca referente, eles no sinalizam que o só possui 2 cubetas e 1 maleta por unidade.

10	COMPARADOR COLORIMETRICO <u>Características Técnicas:</u> Suporte para duas cubas; Prisma ótico para Junção de imagens; Portadiscos colorimétricos <u>Acompanha:</u> 100 (cem) cubetas de vidro calibrado com marcação de 5ml; 50 (cinquenta) maletas para acondicionamento.	Un	50		
----	---	----	----	--	--



ABJ Shopping da Saúde

CNPJ.: 35094501/0001-69 IE.: 05413730-6

(92) 99122-7062

WhatsApp: (92) 99122-7062

E-mail: shoppingdasaude1@gmail.com

Instagram: @abjshopping1

CPL CAER <cpl@caer.com.br>

Para: Shopping da Saúde <shoppingdasaude1@gmail.com>

31 de agosto de 2021 11:07

Bom dia,

Acusamos o recebimento. O seu pedido de esclarecimento será enviado ao setor responsável, assim que obtivermos uma resposta lhe encaminharemos.


Att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Ádria Leticia Braga Sombra


Comissão Permanente de Licitação - CPL
Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER
(95) 2121-2212



Ádria Leticia Braga Sombra
CPL/CAER



FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO



DESTINO: CPL

ASSUNTO: ESCLARECIMENTO

PROCESSO N° 196/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO

INTERESSADO: Sr(a) Pregoeira(a)

Em relação ao item 10. o mesmo possui 2 cubetas e 1 maleta por comparador, portanto o solicitado são 50 unidades de comparadores colorimétricos, sendo no total 100 und de cubetas e 50 maletas para cada comparador.

Em: 01.09.2021.


Mário Fogaça Neto
Chefe do Núcleo de Controle de Qualidade
NCQ - CAER

CAER
RECEBIDO
FOLHA
163