



LICITAÇÃO CAER &lt;licitacao@caer.com.br&gt;

**Solicitação de Revisão da Especificação Técnica no Processo Administrativo nº 049/2024 (Pregão Presencial nº 012/2024)**

3 mensagens

HANNA REPRESENTAÇÕES LTDA &lt;hannacomerciobv@outlook.com&gt;


4 de setembro de 2024 às 13:25

Para: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS &lt;sulic@caer.com.br&gt;, LICITAÇÃO CAER &lt;licitacao@caer.com.br&gt;



Prezados,

Em conformidade com os prazos estabelecidos para a solicitação de esclarecimentos e impugnações, encaminhamos em anexo nossa solicitação de revisão da Especificação Técnica no Processo Administrativo nº 049/2024 (Pregão Presencial nº 012/2024), referente à aquisição de caixas térmicas pela Companhia de Água e Esgoto de Roraima – CAER.

**Kira Hanna**

PROPRIETÁRIA

☎ 3624-2201 ☎ 99901-8888 ☎ 99131-1603

✉ hannacomerciobv@gmail.com

**1. SOLICITAÇÃO DE REVISAO - PROCESSO nº 049.2024 - 04.09.24.pdf**  
278K

LICITAÇÃO CAER &lt;licitacao@caer.com.br&gt;

5 de setembro de 2024 às 07:58

Para: HANNA REPRESENTAÇÕES LTDA &lt;hannacomerciobv@outlook.com&gt;

Bom dia,

Em análise ao pedido de esclarecimento encaminhado, identificamos que se trata de assunto que diz respeito à área técnica. Sendo assim, o questionamento será encaminhado ao setor responsável para manifestação.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Marta Soraia de Lira Dantas Roque**

Equipe de Apoio

Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER

(95) 4009-6111

LICITAÇÃO CAER &lt;licitacao@caer.com.br&gt;

9 de setembro de 2024 às 13:11

Para: HANNA REPRESENTAÇÕES LTDA &lt;hannacomerciobv@outlook.com&gt;

Bom dia,

Segue em anexo a resposta ao Pedido de Esclarecimento.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Resposta 021-24 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PP 012-24 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS**

**TÉRMICAS.pdf**  
1237K

**EM BRANCO**



Companhia de Águas e Esgotos de Roraima  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"  
Superintendência de Licitação e Contratos

**RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE LICITAÇÃO  
RITO PROCEDIMENTAL SIMILAR AO DA MODALIDADE PREGÃO - FORMA  
PRESENCIAL Nº 023/2024**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2024**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS.**

Em atenção ao e-mail encaminhado pela empresa **HANNA REPRESENTAÇÕES LTDA**, recebido no endereço eletrônico de e-mail: hannacomerciobv@outlook.com no dia 05/09/2024 às 13h e 25min, a respeito do Edital de Licitação do RITO PROCEDIMENTAL SIMILAR AO DA MODALIDADE PREGÃO - FORMA PRESENCIAL Nº 012/2024, sobre o qual solicita esclarecimentos.

**SOLICITAÇÃO 01: O Item 1 da Descrição da Solução constante no Anexo I – Termo de Referência. O edital exige que as caixas térmicas mantenham a conservação térmica por até 36 horas. Após consulta aos principais fornecedores do mercado, como Soprano, Bell, Tervac, Incoterm, Coleman e Mor, entre outros, constatamos que o prazo máximo de conservação térmica oferecido pelos fornecedores do mercado é de até 24 horas. Diante dessa realidade, solicitamos a revisão da exigência especificada para que ela se alinhe com as condições disponíveis no mercado.**

**RESPOSTA:** Foi realizado pesquisa no mercado quanto a especificação exigida que as caixas térmicas mantenham a conservação térmica de até 36 horas, sendo encontrada as especificações solicitadas no mercado de diversas marcas, inclusive com tempo conservação maior do que solicitada no Edital. Dessa forma, informamos que segue a especificação solicitado no Edital, lembrando que se trata de caixa térmica para uso laboratorial e não caixa térmicas de uso convencional.



**Companhia de Águas e Esgotos de Roraima**  
*"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"*  
**Superintendência de Licitação e Contratos**

Ressalto, ainda, que a resposta do pedido de esclarecimento foi prestada pela Gerência dos Sistemas de Qualidade de Águas - GSQA, setor requisitante do processo administrativo referente a licitação em referência.

Boa Vista - RR, 09 de setembro de 2024.

PALOMA KETLY  
CARVALHO  
TASSO:01679858254

Assinado de forma digital por  
PALOMA KETLY CARVALHO  
TASSO:01679858254  
Dados: 2024.09.09 12:53:26 -04'00'

**PALOMA KETLY CARVALHO TASSO**  
Agente de Licitação

temperatura (-50°C a +120°C). Seu corpo e tampa são confeccionados em Polietileno de Alta Densidade (PEHD) com isolamento interno em Poliuretano (PU), mantendo a temperatura interna conservada por até dois dias. Possui tampa deslizante e reversível (função bandeja), alça rígida e escamoteável.

Utilizada para transporte de material biológico, vacinas, bolsas de sangue entre outros

Caixa Térmica 45.4 Litros Com Termômetro de Maxima e Mínima Embutido

Feita em polietileno de alto impacto, a Excursion 48 QT é perfeita para atividades ao ar livre. Possui isolamento térmico em espuma de poliuretano, revelando-se uma caixa prática e de fácil limpeza. Construída de forma sustentável, é feita com matéria prima ecologicamente correta, com base na tecnologia Thermozone™ Insulation.

Possui alças articuladas confortáveis para fácil transporte e dreno lateral, facilitando a saída de líquidos e a limpeza. Sua tampa é articulada, provendo mais comodidade em qualquer tipo de atividade que a caixa se submeter.

Especificações

- Marca: Coleman
- Modelo: 48 QT 45,4 Litros

Características

- Alças laterais confortáveis e resistentes, facilitando o transporte
- Possui tampa articulada
- Construída com matéria prima ecologicamente correta, "Thermozone™ insulation"
- Espuma livre de CF Cs, HF Cs e HCF Cs, que afetam a camada de ozônio
- Capacidade: 45,4 Litros

Dimensões Externas



- Altura: 36 cm (Lado inferior até superior)
- Largura: 66 cm Incluindo Alças Laterias (Lado esquerdo até direito)
- Profundidade: 37 cm (Parte dianteira até traseira)

Dimensões Internas

- Altura: 28 cm (Lado inferior até superior)
- Largura: 55 cm (Lado esquerdo até direito)
- Profundidade: 29 cm (Parte dianteira até traseira)
- Peso: 3,4 Kg

Descrição do Termômetro

Atendimento



**EM BRANCO**



Faça uma pergunta sobre este produto (/produtos/110/1771/\_askquestion?tmpl=component)

COMPARTILHE



## Descrição

EasyCooler caixa térmica com tampa e corpo com isolamento térmico em Poliuretano (PU), tampa térmica basculante com sistema de dobradiça e mola limitadora, confeccionada Polietileno de Alta Densidade (PEAD/PEHD), alças laterais bidirecionais que se projetam para fora.

Capacidade de 45 litros.

### Diferenciais:

- Alça e tampa brancas e corpo azul.
- Tampa maciça com isolamento térmico (PU) aumentando resistência e eficiência térmica em 23%.
- Fechamento hermético por pressão, impedindo a troca de ar interno e externo
- Tempo de conservação de até 6 dias, sendo 50% da capacidade com gelo natural em temperatura externa controlada a 22°C.
- EasyUV Protection, proteção contra raios solares UV. Acessórios inclusos: – Dobradiças em nylon extremamente resistente, mola limitadora de abertura e parafusos em aço inoxidável cirúrgico anti-ferrugem.
- Dreno de plástico com tampa para escoamento de líquidos.

Dimensões externas\*: 355 (L) 650 (C) 380 (A),


Dimensões internas\*: 293 (L) 550 (C) 316 (A).

\* Todas as medidas são aproximadas em milímetros.

– V. Indeterminada

### Normas técnicas:

As caixas térmicas EasyCoolers, atendem as recomendações do Info Guia de Transportes de Sangue e Componentes GESAC/GGSTO/ANVISA, RDCs 57/2010, 20/2014 da ANVISA, Portaria 1353/2011/MS e orientações do Manual de Rede do Frio do Ministério da Saúde/FUNASA.



(<https://api.whatsapp.com/send?phone=5531983483330>)

**EM BRANCO**